

Entwickelt für **Präzision**

Zeit unter dem Zielbereich: Best-in-Class¹
Niedrigste glykämische Variabilität¹
Hohe Zeit im Zielbereich¹



1. Storms et al., "Glycaemic variability and real-world glycaemic control with the Kaleido insulin patch pump and DBLG1 AID algorithm," EASD 2026 Late-Breaking Abstract LBA-26-4677-EASD. 2. Kaleido data on file 3. ADA Standards of Care; doi.org/10.2337/dc25-S006 4. [doi: 10.2337/dc17-1600](https://doi.org/10.2337/dc17-1600) 5. Bedienungsanleitung IFU 24 September 2026. 6. Angaben vom Hersteller *Angaben vom Hersteller. DCR 920379-02

KALEIDO: UMFASSENDE GLYKÄMISCHE KONTROLLE UNTER REALEN BEDINGUNGEN

Best-in-Class-Zeit unter dem Zielbereich bei niedrigster glykämischer Variabilität – ohne Abstriche bei der Zeit im Zielbereich



REAL-WORLD-EVIDENZ (RWE)

- Analyse von fast 4.000 Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich
- Keine Ein- oder Ausschlusskriterien; kein Selektionsbias

72,2 %

ZEIT IM ZIELBEREICH
MEDIAN

Erreicht das ≥ 70 %-Konsensus-Ziel^{1,3,4}

1,23 %

ZEIT UNTER DEM ZIELBEREICH
MEDIAN

Best-in-Class unter publizierten Real-World-Daten^{1,2}

28,7 %

VARIATIONS-KOEFFIZIENT
MEDIAN

Niedrigster publizierter CV unter realen Bedingungen^{1,2}



PRÄZISION BEI JEDER DOSIS

Innovativer Ventil-Mikrodosiermechanismus für präzise, drucklose, gleichmäßige Abgabe

- Reproduzierbare Insulinabgabe bei der niedrigsten Bolusdosis⁵
- Basal- und Bolusdosisgenauigkeit innerhalb von ± 5 % des Zielwerts⁶

MINIMIERTE HYPOGLYKÄMIE

Stabile Glukose kann Hypos reduzieren

- 1,23 % Zeit unter 70 mg/dl (3,9 mmol/l); nur 18 Min. pro Tag¹
- 0,21 % Zeit unter 54 mg/dl (3,0 mmol/l); nur 3 Min. pro Tag¹

Weniger glykämische Schwankungen minimieren
akute Sicherheitsrisiken und die Belastung im Alltag

Die kleinste, leichteste und präziseste Insulin-Patch-Pumpe ihrer Klasse*

- Diskretes, personalisierbares Design – nur 19 Gramm leicht
- Integration mit Dexcom G7
- Steuerung per Smartphone

Mehr erfahren hier scannen:

